

Opis przedmiotu zamówienia

Część ogólna:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów w ramach projektu pn. „Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń Pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wymagania ogólne stawiane wszystkim urządzeniom dostarczanym w ramach zamówienia:

1. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
2. Urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
3. Do napraw gwarancyjnych mają być wykorzystywane elementy fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonych elementów.
4. Minimalny okres gwarancji oferowany na wszystkie elementy dostawy wynosi 12 miesięcy od daty przekazania całego wyposażenia Zamawiającemu, tj. od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru dostaw.

Opis sprzętu:

I. Koncentrator tlenu (szt. 3)

Koncentrator powinien posiadać;

- stężenie tlenu: (93% ± 3%)
- możliwość regulacji przepływu tlenu za pomocą pokrętła w zakresie od 0,5 do 5 l/min
- 2 częściową obudowę
- wylot tlenu zawierający adapter ochrony przeciwpożarowej
- monitorowanie poziomu stężenia tlenu (wbudowany wskaźnik stężenia tlenu)
- wizualny i dźwiękowy alarm niskiego poziomu stężenia tlenu, braku zasilania, spadku ciśnienia i konieczności naprawy serwisowej
- możliwość łatwego przemieszczania
- bezpiecznik automatyczny z funkcją zerowania
- licznik godzin pracy urządzenia,

- nawilżacz, który można zdjąć lub założyć w zależności od potrzeb
- prostą obsługę
- bezobsługowy zawór
- niski pobór mocy

Dane techniczne:

- przepływ tlenu: 0,5 - 5 l/min
- stężenie tlenu przy 0,5 - 5 l/min: 93% ± 3 %
- poziom głośności: 40 dB
- wymagania elektryczne: 230 V, 50 Hz
- pobór mocy: 290W przy przepływie tlenu 2 l/min /, 312W przy przepływie tlenu 5 l/min

II. Koncentrator tlenu (szt. 3)

Koncentrator powinien posiadać;

- regulację przepływu tlenu
- wysoki poziom koncentracji tlenu 93 +/- 3% w pełnym zakresie przepływu od 0,5 l do 5 l.
- wygodny uchwyt oraz 4 zwrotne kółka umożliwiają jego łatwe przenoszenie
- łatwy dostęp do nawilżacza i filtra powietrza oraz intuicyjna regulacja przepływu tlenu za pomocą pokrętła ułatwiająca codzienne korzystanie
- inteligentny system autodiagnozy
- komunikaty z informacją o błędach w działaniu wyświetlane na wyświetlaczu LCD
- wizualny i dźwiękowy alarm
- informuje o niskim poziomie tlenu spadku ciśnienia, braku zasilania czy konieczności dokonania przeglądu serwisowego
- licznik godzin pracy
- duży wyświetlacz LCD, który pokazuje ilość przepracowanych godzin łącznie oraz aktualny czas pracy
- wazy tlenowe i nawilżacz w zestawie

Dane techniczne:

- zasilanie: 220V
- pobór mocy: 350W
- regulowany przepływ tlenu :od 0,5 l/min do 5 l/min
- stężenie tlenu:93 +/- 3%
- poziom hałasu: 36dB

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy sprzętu w terminie:
do 28 grudnia 2020 r.